

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия  
125031, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
наб. Варкауса, д. 1 а, к. 518.  
Телефон/факс: (8142) 78-44-30 / (8142) 78-33-78  
E-mail: [to10@fas.gov.ru](mailto:to10@fas.gov.ru)

Государственный заказчик:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская больница им. В.А. Баранова»  
125019, Республика Карелия, г. Петрозаводск ул. Пирогова д.3.  
Телефон: +7 (8142) 76-44-40.  
E-mail: [zakupki@medicine.karelia.ru](mailto:zakupki@medicine.karelia.ru)

Участник размещения заказа:

ОО «КФС»  
66010, Новосибирская область, г. Бердск,  
ул. Островского, д.63, кв. 43  
Телефон/факс: (383) 330-39-72, 330-12-47  
E-mail: [jfonina@yandex.ru](mailto:jfonina@yandex.ru)

Исх. № 1 от 14.02.2012 г.

### ЖАЛОБА

по открытому аукциону на право заключения договора на поставку расходных материалов для отделения ангиографии (стент коронарный кобальт-хромовый капате или эквивалент) (реестровый номер извещения № 03062013812000046)

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Карелия "Республиканская больница им. В.А. Баранова" (далее Уполномоченный орган) было размещено извещение о проведении открытого аукциона № 03062013812000046 на право заключения договора на поставку расходных материалов для отделения ангиографии (стент коронарный кобальт-хромовый капате или эквивалент) (далее – Открытый аукцион).

При ознакомлении с аукционной документацией ООО «КФС» (далее - Заявитель) столкнулось с грубым нарушением требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 94-ФЗ), а также требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон № 135-ФЗ), заключающихся в следующем.

Частью 3 статьи 34 Закона № 94-ФЗ предусмотрено, что в случае, если в документации об аукционе содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства, в документации об аукционе также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения, при условии, если в документации об аукционе на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент».

В соответствии с частью 3.1 статьи 34 Закона № 94-ФЗ документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.

Согласно части 2.1 статьи 34 Закона № 94-ФЗ запрещается включать в документацию об аукционе как прямо, так и косвенно (в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требования к производителю товара.

Законом № 94-ФЗ предусмотрено описание товара, соответствующего потребностям Заказчика, тогда как при ознакомлении с документацией об аукционе (реестровый номер извещения

КАРЕЛЬСКОЕ УФС

РОССИИ

№ 1

658

ФАКС

15.02.2012

№ 0306200013812000046) очевидно, что характеристики значительной части товаров описаны под определенный товар иностранного производства конкретного производителя (стент коронарный кобальт-хромовый капате производства Terumo CVS Co. США), несмотря на указание в названии предмета аукциона слова эквивалент (капате или эквивалент). Кроме косвенного указания на производителя, в Разделе 3 «Техническое задание» Документации об открытом аукционе в электронной форме указана техническая характеристика товара: «Фирменное патентованное гидрофильное «М»-покрытие системы доставки в дистальной части системы доставки». Данная характеристика является «эксклюзивным гидрофильным «М» покрытием, не имеющим аналогов», как указано в официальном каталоге производителя Terumo. Вследствие этого, потенциальные участники электронного аукциона не имеют возможности предложить продукцию иных производителей, использующих гидрофильное покрытие, имеющую другое название, но с аналогичными или лучшими свойствами.

На основании изложенного выше, в целях недопущения ограничения конкуренции при размещении государственного заказа, а также в интересах неограниченного круга лиц и защиты прав и законных интересов участников размещения заказа, руководствуясь ст.ст.15, 17, п. 9 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 34, главой 8 Закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,

#### ПРОШУ:

1. Приостановить размещение государственного заказа путем проведения открытого аукциона на право заключения договора на поставку расходных материалов для отделения ангиографии (стент коронарный кобальт-хромовый капате или эквивалент), (ресстровый номер извещения № 0306200013812000046) до момента вынесения решения по жалобе.

2. Обязать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Республиканская больница им. В.А. Баранова" устранить ограничения к доступу в торгах потенциальных участников конкурса путем внесения в аукционную документацию фирменных патентованных названий и внести в аукционную документацию соответствующие изменения.

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Извещение о проведении открытого аукциона № 0306200013812000046 (на право заключения договора на поставку расходных материалов для отделения ангиографии (стент коронарный кобальт-хромовый капате или эквивалент));

2. Копия выдержки из аукционной документации. Раздел 3. «Техническое задание» (Стент коронарный кобальт-хромовый капате или эквивалент);

3. Выдержка из официального каталога производителя Terumo.

Директор



А.А.Французов